

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Je soussignée, Mme Caroline GUILLAUME-LE BERRE, assure et déclare que :

➔ Les EPI de **catégorie III** cités ci-dessous, satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement 2016/425 (Annexe II) relatif aux équipements de protection individuelle et aux normes harmonisées applicables.

➔ La procédure de conformité applicable est le module B (Annexe V) + module C2 (annexe VII) du règlement 2016/425 certifiée par l'organisme notifié SATRA 2777 et le certificat CE n° 2777/10887-04/E08-01 du 9 septembre 2019.

Normes applicables

EN 374 – 1 : 2016	Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques
EN 374 – 2 : 2015	Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration
EN 374 – 4 : 2013	Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques
EN 374 – 5 : 2016	Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour des risques par des microorganismes
EN 16523-1 : 2015	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques. Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu
EN 420 : 2003 + A1 : 2009	Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai

➔ Le marquage UE s'applique aux produits ci-dessous listés à partir de leur 1^{ère} mise sur le marché :
GANTS D'EXAMEN EN NITRILE A USAGE UNIQUE

« EXATRILE »
« EXATRILE LONG »
« EXATRILE LIGHT »
« EXATRILE NOIR ».

Cette déclaration UE de conformité est valable jusqu'au 17 juillet 2023.

Fait à Dammarie-les-Lys, le 9 septembre 2019.

Caroline GUILLAUME-LE BERRE, Le Gérant

Thermofina
LA PRECISION

Z.A.C. Chamlys - B.P. 130
77194 Dammarie-lès-Lys Cedex - France

+33 (0)1 64 37 81 96

www.thermofina.fr

THERMOFINA

Z.A.C. CHAMLYS - B.P. 130
77194 DAMMARIE-LES-LYS
FRANCE
T : 33 (0) 1 64 37 81 96
F : 33 (0) 1 64 37 08 77
www.thermofina.fr

S.A.R.L. au capital de 500 000 €
R.C. Melun 65B38 - SIRET 784 929 820 00024
APE 4646Z - Code TVA FR 12 784 929 820
Banques : BPI Maisons Alfort - BP Evry - CDN Evry - SG Melun